

Referenzbereiche 2009 für Qualitätsindikatoren

Hinweis: Die genauen Rechenregeln und Begründungen zu den einzelnen Indikatoren werden auf der Homepage des AQUA-Instituts (www.aqua-institut.de) veröffentlicht. Auf Perzentilen basierende Referenzwerte, die von den Risikoadjustierungen auf Bundesebene (logistische Regressionsmodelle) abhängig sind, liegen noch nicht vor. Sobald diese bekannt sind, können die Werte auf unserer Homepage www.geqik.de / Jahresauswertung / 2009 eingesehen werden.

Landesspezifische Indikatoren: Sobald hierzu die Referenzbereiche von den zuständigen Arbeitsgruppen nach Sichtung der Krankenhausergebnisse festgelegt sind (Mai - Juni), werden diese ebenfalls ergänzend veröffentlicht.

Herzschrittmacher-Implantation

Referenzbereiche und Bereiche für auffällige Dokumentationsqualität 2009

Nummer	Bezeichnung des Qualitätsindikators	Referenzbereich	Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität
1 (9962)	Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90% (Zielbereich)	-
2 (75962)	Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei kardialer Resynchronisationstherapie (CRT)	Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert.	-
3 (75973)	Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90% (Zielbereich)	-
4 (76122)	Leitlinienkonforme Systemwahl bei kardialer Resynchronisationstherapie (CRT)	Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert.	-
5 (11141)	Eingriffsdauer (VVI)	>= 60% (Toleranzbereich)	-
5 (11284)	Eingriffsdauer (DDD)	>= 55% (Toleranzbereich)	-
6 (15819)	Durchleuchtungszeit (VVI)	>= 75% (Toleranzbereich)	-
6 (15821)	Durchleuchtungszeit (DDD)	>= 80% (Toleranzbereich)	-
7 (11255)	Perioperative Komplikationen (chirurgische Komplikationen)	<= 2% (Toleranzbereich)	-
7 (11264)	Perioperative Komplikationen (Sondendislokation im Vorhof)	<= 3% (Toleranzbereich)	-
7 (11265)	Perioperative Komplikationen (Sondendislokation im Ventrikel)	<= 3% (Toleranzbereich)	-

Referenzbereiche 2009 für Qualitätsindikatoren

Nummer	Bezeichnung des Qualitätsindikators	Referenzbereich	Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität
8 (19619)	Intrakardiale Signalamplituden (Vorhofsonden)	$\geq 80\%$ (Zielbereich)	Werte > 15 mV
8 (19621)	Intrakardiale Signalamplituden (Ventrikelsonden)	$\geq 90\%$ (Zielbereich)	Werte > 30 mV
9 (11267)	Letalität	Sentinel Event	-