

Bezeichnung	Referenzbereich	Referenzbereich 2009
QI 1: Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen KN 690: Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>=90% (Zielbereich)	>=90% (Zielbereich)
QI 2: Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei kardialer Resynchronisationstherapie (CRT) KN 2214: Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei CRT	nicht definiert	nicht definiert
QI 3: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen KN 2196: Leitlinienkonforme Systemwahl und implantiertem Ein- oder Zweikammersystem	>=90% (Zielbereich)	>=90% (Zielbereich)
QI 4: Leitlinienkonforme Systemwahl bei kardialer Resynchronisationstherapie (CRT) KN 2204: Leitlinienkonforme Systemwahl bei CRT	nicht definiert	nicht definiert
QI 5: Eingriffsdauer KN 10148: Eingriffsdauer bis 60 Minuten bei implantiertem VVI	>=60% (Toleranzbereich)	>=60% (Toleranzbereich)
QI 5: Eingriffsdauer KN 10178: Eingriffsdauer bis 90 Minuten bei implantiertem DDD	>=55% (Toleranzbereich)	>=55% (Toleranzbereich)
QI 6: Durchleuchtungszeit KN 10223: Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei implantiertem VVI	>=75% (Toleranzbereich)	>=75% (Toleranzbereich)
QI 6: Durchleuchtungszeit KN 10249: Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei implantiertem DDD	>=80% (Toleranzbereich)	>=80% (Toleranzbereich)
QI 7: Perioperative Komplikationen KN 1103: Patienten mit chirurgischen Komplikationen	<=2% (Toleranzbereich)	<=2% (Toleranzbereich)
QI 7: Perioperative Komplikationen KN 209: Vorhofsondendislokation bei Patienten mit implantierter Vorhofsonde	<=3% (Toleranzbereich)	<=3% (Toleranzbereich)
QI 7: Perioperative Komplikationen KN 581: Ventrikelsondendislokation bei Patienten mit implantierter Ventrikelsonde	<=3% (Toleranzbereich)	<=3% (Toleranzbereich)
QI 8: Intrakardiale Signalamplituden KN 582: Vorhofsonden mit Amplitude >= 1,5 mV	>=80% (Zielbereich)	>=80% (Zielbereich)
QI 8: Intrakardiale Signalamplituden KN 583: Ventrikelsonden mit Amplitude >= 4 mV	>=90% (Zielbereich)	>=90% (Zielbereich)

Referenzbereiche

09/1 - Herzschrittmacher-Erstimplantation



Bezeichnung	Referenzbereich	Referenzbereich 2009
QI 9: Letalität KN 1100: Alle verstorbenen Patienten	Sentinel Event	Sentinel Event