

Bezeichnung	Referenzbereich	Referenzbereich 2009
<b>(NEU)</b> <b>QI 1: Laufzeit</b> KN 50021: Laufzeit bei Einkammersystem (VVI)	nicht definiert	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 1: Laufzeit</b> KN 50022: Laufzeit bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	nicht definiert	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 1: Laufzeit</b> KN 50023: Laufzeit bei CRT-System	nicht definiert	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 2: Defibrillator-Testung</b> KN 50024: Defibrillator-Testung	nicht definiert	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 3: Eingriffsdauer</b> KN 50025: Eingriffsdauer bis 75 min	>=80% (Toleranzbereich)	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 4: Reizschwellenbestimmung</b> KN 50026: Vorhofsonden mit gemessener Reizschwelle	>=95% (Zielbereich)	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 4: Reizschwellenbestimmung</b> KN 50027: Ventrikelsonden mit gemessener Reizschwelle	>=95% (Zielbereich)	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 5: Signalamplitudenbestimmung</b> KN 50028: Vorhofsonden mit bestimmter Amplitude	>=95% (Zielbereich)	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 5: Signalamplitudenbestimmung</b> KN 50029: Ventrikelsonden mit bestimmter Amplitude	>=95% (Zielbereich)	keine Vorjahreswerte vorhanden
<b>(NEU)</b> <b>QI 6: Perioperative Komplikationen</b> KN 50030: Chirurgische Komplikationen	Sentinel Event	keine Vorjahreswerte vorhanden

Referenzbereiche

09/5 - Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel



Bezeichnung	Referenzbereich	Referenzbereich 2009
<b>(NEU)</b> <b>QI 7: Letalität</b> KN 50031: Letalität	Sentinel Event	keine Vorjahreswerte vorhanden