



QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2014	Referenzbereich 2013	Anpassung
690	Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	$\geq 90,00$ % (Zielbereich)	$\geq 90,0$ % (Zielbereich)	Nein
2196	Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	$\geq 90,00$ % (Zielbereich)	$\geq 90,0$ % (Zielbereich)	Nein
52128	Eingriffsdauer	$\geq 60,00$ % (Toleranzbereich)	$\geq 60,0$ % (Toleranzbereich)	Nein
10223	Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	Nicht definiert	$\geq 75,0$ % (Toleranzbereich)	Ja
10249	Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (DDD)	Nicht definiert	$\geq 80,0$ % (Toleranzbereich)	Ja
52305 (NEU)	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	$\geq 90,00$ % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
1103	Chirurgische Komplikationen	$\leq 2,00$ % (Toleranzbereich)	$\leq 2,0$ % (Toleranzbereich)	Nein
52311 (NEU)	Sondendislokation oder -dysfunktion	$\leq 3,00$ % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
1100	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51191	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	$\leq 3,94$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)	$\leq 4,03$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Nein