



| QI-ID       | QI-Bezeichnung   | Referenzbereich 2014             | Referenzbereich 2013                 | Anpassung |
|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1092        | Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Einkammersystem (AAI, VVI)     | Sentinel-Event                   | Sentinel-Event                       | Nein      |
| 480         | Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats über 6 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)       | $\geq 75,00\%$ (Toleranzbereich) | $\geq 75,0\%$ (Toleranzbereich)      | Nein      |
| 1093        | Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Zweikammersystem (VDD, DDD)    | Sentinel-Event                   | Sentinel-Event                       | Nein      |
| 481         | Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats über 6 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)      | $\geq 50,00\%$ (Toleranzbereich) | $\geq 50,0\%$ (Toleranzbereich)      | Nein      |
| 11484       | Dokumentation der Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats                                       | $\geq 90,00\%$ (Zielbereich)     | $\geq 90,0\%$ (Zielbereich)          | Nein      |
| 210         | Eingriffsdauer bis 45 Minuten  | $\geq 60,00\%$ (Toleranzbereich) | $\geq 60,0\%$ (Toleranzbereich)      | Nein      |
| 52307 (NEU) | Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden | $\geq 95,00\%$ (Toleranzbereich) | Indikator im Vorjahr nicht berechnet | -         |
| 1096        | Chirurgische Komplikationen  | $\leq 1,00\%$ (Toleranzbereich)  | $\leq 1,0\%$ (Toleranzbereich)       | Nein      |
| 51398       | Sterblichkeit im Krankenhaus   | Sentinel-Event                   | Sentinel-Event                       | Nein      |