



QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2014	Referenzbereich 2013	Anpassung
50004	Leitlinienkonforme Indikation	$\geq 90,00$ % (Zielbereich)	$\geq 90,0$ % (Zielbereich)	Nein
50005	Leitlinienkonforme Systemwahl	$\geq 90,00$ % (Zielbereich)	$\geq 90,0$ % (Zielbereich)	Nein
52129	Eingriffsdauer	$\geq 60,00$ % (Toleranzbereich)	$\geq 60,0$ % (Toleranzbereich)	Nein
50010	Durchleuchtungszeit bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	Nicht definiert	$\geq 75,0$ % (Toleranzbereich)	Ja
50011	Durchleuchtungszeit bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)	Nicht definiert	$\geq 80,0$ % (Toleranzbereich)	Ja
50012	Durchleuchtungszeit bis 60 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems	Nicht definiert	$\geq 90,0$ % (Toleranzbereich)	Ja
52316 (NEU)	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	$\geq 90,00$ % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
50017	Chirurgische Komplikationen	$\leq 2,00$ % (Toleranzbereich)	$\leq 4,5$ % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52325 (NEU)	Sondendislokation oder -dysfunktion	$\leq 3,00$ % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
50020	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51186	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	$\leq 5,11$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)	$\leq 6,26$ (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Nein