

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
54139(NEU)	Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90,00 % (Zielbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
54140(NEU)	Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,00 % (Zielbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
54141(NEU)	Systeme 1. Wahl	Nicht definiert	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
54142(NEU)	Systeme 2. Wahl	Nicht definiert	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
54143(NEU)	Systeme 3. Wahl	Nicht definiert	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
52128	Eingriffsdauer	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52305	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	Nein
1103	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52311	Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
1100	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51191	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 3,74 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 3,94 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja