

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
1092	Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Einkammersystem (AAI, VVI)	Sentinel-Event	Sentinel-Event	Nein
480	Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats über 6 Jahre bei Einkammersystem (AAI, VVI)	>= 75,00 % (Toleranzbereich)	>= 75,00 % (Toleranzbereich)	Nein
1093	Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	Sentinel-Event	Sentinel-Event	Nein
481	Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats über 6 Jahre bei Zweikammersystem (VDD, DDD)	>= 50,00 % (Toleranzbereich)	>= 50,00 % (Toleranzbereich)	Nein
11484	Dokumentation der Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats	>= 90,00 % (Zielbereich)	>= 90,00 % (Zielbereich)	Nein
210	Eingriffsdauer bis 45 Minuten	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52307	Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	>= 95,00 % (Toleranzbereich)	>= 95,00 % (Toleranzbereich)	Nein
1096	Chirurgische Komplikationen	<= 1,00 % (Toleranzbereich)	<= 1,00 % (Toleranzbereich)	Nein
51398	Sterblichkeit im Krankenhaus	Sentinel-Event	Sentinel-Event	Nein