

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
50004	Leitlinienkonforme Indikation	>= 90,00 % (Zielbereich)	>= 90,00 % (Zielbereich)	Nein
50005	Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,00 % (Zielbereich)	>= 90,00 % (Zielbereich)	Nein
52129	Eingriffsdauer	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52316	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	Nein
50017	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52325	Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
50020	Sterblichkeit im Krankenhaus	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
51186	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 7,28 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 5,11 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja