

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2016	Referenzbereich 2015	Anpassung
54139	Leitlinienkonforme Indikation bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90,00 % (Zielbereich)	>= 90,00 % (Zielbereich)	Nein
54140	Leitlinienkonforme Systemwahl	>= 90,00 % (Zielbereich)	>= 90,00 % (Zielbereich)	Nein
54143	Systeme 3. Wahl	<= 10,00 % (Toleranzbereich)	Nicht definiert	Ja
52128	Eingriffsdauer	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	>= 60,00 % (Toleranzbereich)	Nein
10117 (NEU)	Dosis-Flächen-Produkt	>= 37,82 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
52305	Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	>= 90,00 % (Toleranzbereich)	Nein
1103	Chirurgische Komplikationen	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	<= 2,00 % (Toleranzbereich)	Nein
52311	Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	<= 3,00 % (Toleranzbereich)	Nein
51191	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 3,99 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 3,74 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
2190 (NEU)	Herzschrittmacher-Implantationen ohne Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Ein- und Zweikammersystemen	>= 100,00 % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
2191 (NEU)	Herzschrittmacher-Implantationen ohne Hardwareproblem (Aggregat und/oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb von 8 Jahren	>= 97,67 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
2194 (NEU)	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an prozedurassoziierten Problemen (Sonden- bzw. Taschenproblemen) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	<= 2,85 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
2195 (NEU)	Herzschrittmacher-Implantationen ohne Infektion oder Aggregatperforation als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres	>= 99,00 % (Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-