

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2016	Referenzbereich 2015	Anpassung
50025	Eingriffsdauer bis 60 Minuten	$\geq 60,00\%$ (Toleranzbereich)	$\geq 60,00\%$ (Toleranzbereich)	Nein
52321	Qualitätsindex zur Durchführung intraoperativer Messungen von Reizschwellen und Signalamplituden	$\geq 95,00\%$ (Toleranzbereich)	$\geq 95,00\%$ (Toleranzbereich)	Nein
50030	Chirurgische Komplikationen	$\leq 1,00\%$ (Toleranzbereich)	$\leq 1,00\%$ (Toleranzbereich)	Nein
50031	Sterblichkeit im Krankenhaus	Sentinel-Event	Sentinel-Event	Nein