

Stand: November 2015

V06

Auslösekriterien		keine Änderungen in den Auslösekriterien	
QS-Datensatz 2015		QS-Datensatz 2016	
Feld-Nr. und Fragestellung	im Vergleich zu 2015	Änderung/Ergänzung	Relevante Änderung im Ausfüllhinweis zum Datensatzfeld
BASIS			
<i>Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden</i>			
Basisdokumentation			
1 (Institutionskennzeichen)	=	1 (Institutionskennzeichen)	
2 (Entlassender Standort)	redaktionelle Änderung	2 (entlassender Standort)	geringfügige redaktionelle Änderungen
3 (Betriebsstätten-Nummer)	=	3 (Betriebsstätten-Nummer)	geringfügige redaktionelle Änderungen
4 (Fachabteilung nach § 301)	=	4 (Fachabteilung nach § 301)	
5 (Pat.-ID)	=	5 (Pat.-ID)	geringfügige redaktionelle Änderungen
6 (Geburtsdatum)	=	6 (Geburtsdatum)	
7 (Geschlecht)	=	7 (Geschlecht)	
8 (Aufnahmedatum Krankenhaus)	=	8 (Aufnahmedatum Krankenhaus)	
Präoperative Anamnese/Klinik			
9 (Einstufung nach ASA-Klassifikation)	=	9 (Einstufung nach ASA-Klassifikation)	
Indikation zum Aggregatwechsel			
10 (Indikation zum Aggregatwechsel)	Schlüsseländerung: 1 = Batterieerschöpfung 2 = Fehlfunktion / Rückruf 9 = sonstige aggregatbezogene Indikation	10 (Indikation zum Aggregatwechsel)	
11 (Ort der letzten ICD-(oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff)	=	11 (Ort der letzten ICD-(oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff)	
12 (Therapien abgegeben)	Feldbezeichnung geändert neu: 0=nein 1=adäquat 2=inadäquat 3=beides	12 (Schocks abgegeben) 13 (ineffektive Schocks)	
Operation			
13 (OP-Datum)	=	14 (OP-Datum)	geringfügige redaktionelle Änderungen
14 (Operation)	=	15 (Operation)	geringfügige redaktionelle Änderungen
15 (Dauer des Eingriffs)	=	16 (Dauer des Eingriffs)	
16 (intraoperativer Defibrillationstest durchgeführt)	=	17 (intraoperativer Defibrillationstest durchgeführt)	
17 (Sicherheitsabstand Test- (oder DFT-) zu aggregatspezifischer Maximalenergie > =10 J)	redaktionelle Änderung	18 (Sicherheitsabstand Test- (oder DFT-) zu aggregatspezifischer Maximalenergie > = 10 J)	
ICD			
Implantiertes ICD-System			
18 (System)	=	19 (System)	GEÄNDERT: Bitte wählen Sie den Schlüsselwert, der dem maximal möglichen Funktionsumfang des implantierten Systems entspricht.
Implantiertes ICD-Aggregat			
19 (Hersteller)	inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: 1 = Biotronik 3 = Boston Scientific 7 = Medtronic 9 = Sorin Group 18 = St. Jude Medical 89 = nicht bekannt 99 = sonstiger Schlüssel 19 fällt weg	20 (Hersteller des implantierten ICD-Aggregats)	geändert: Ein Hersteller, der nicht endgültig zuzuordnen ist, kann als "sonstiger" eingetragen werden. Zu "Boston Scientific" zählen auch: CPI; Guidant Unter "Medtronic" zu verschlüsseln sind auch: NayaMed Unter "Sorin Group" firmieren: Sorin Biomedica; Ela Medical Zu "St. Jude Medical" gehören auch: Pacesetter; Ventritex
Explantiertes ICD-System			
20 (System)	entfällt		
Explantiertes ICD-Aggregat			
21 (Jahr der Implantation)	=	21 (Jahr der Implantation)	
22 (nicht bekannt)	inhaltliche Präzisierung	22 (Jahr der Implantation nicht bekannt)	
23 (Hersteller)	entfällt		

Belassene Sonden			
Vorhof (atriale Pace/Sense-Sonde)		Vorhof	
24 (Reizschwelle)	=	23 (Reizschwelle)	
25 (nicht gemessen)	inhaltliche Präzisierung	24 (Reizschwelle nicht gemessen)	
26 (P-Wellen-Amplitude)	=	25 (P-Wellen-Amplitude)	
27 (nicht gemessen)	inhaltliche Präzisierung	26 (P-Wellen-Amplitude nicht gemessen)	
Ventrikel			
28 (Zahl der vorhandenen Ventrikelsonden)	entfällt		
Erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde		Rechtsventrikuläre Sonde	
29 (Position)	entfällt		
wenn Feld 18 <> 6	=	wenn Feld 19 <> 6	
30 (Reizschwelle)	=	27 (Reizschwelle)	geändert: Intraoperative Messung Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur Pace-/Sense-Sonde. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.
31 (nicht gemessen)	inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: "1 = ja" Differenzierung nach Gründen entfällt	28 (Reizschwelle nicht gemessen)	geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur Pace-/Sense-Sonde. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.
32 (R-Amplitude)	=	29 (R-Amplitude)	geändert: Intraoperative Messung Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur Pace-/Sense-Sonde. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.
33 (nicht gemessen)	inhaltliche Präzisierung des Feldes und Schlüsseländerung: "1 = kein Eigenrhythmus" "separate Pace/Sense-Sonde" entfällt	30 (R-Amplitude nicht gemessen)	geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur Pace-/Sense-Sonde. Dies gilt auch für den Ausnahmefall, dass die Pace-/Sense-Sonde im linken Ventrikel platziert wurde.
Zweite Ventrikelsonde		Linksventrikuläre Sonde	
34 (Position)	entfällt		
35 (Reizschwelle)	=	31 (Reizschwelle)	geändert: Intraoperative Messung Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur linksventrikulären Sonde des CRT-D-Systems.
36 (nicht gemessen)	inhaltliche Präzisierung	32 (Reizschwelle nicht gemessen)	geändert: Bitte dokumentieren Sie in diesem Datenfeld die Angaben zur linksventrikulären Sonde des CRT-D-Systems.
37 (R-Amplitude)	entfällt		
38 (nicht gemessen)	entfällt		
Dritte Ventrikelsonde		entfällt	
39 (Position)	entfällt		
40 (Reizschwelle)	entfällt		
41 (nicht gemessen)	entfällt		
42 (R-Amplitude)	entfällt		
43 (nicht gemessen)	entfällt		
Perioperative Komplikationen			
44 (perioperative Komplikation(en))	=	33 (perioperative Komplikation(en))	
45 (kardiopulmonale Reanimation)	=	34 (kardiopulmonale Reanimation)	
46 (interventionspflichtiges Taschenhämatom)	=	35 (interventionspflichtiges Taschenhämatom)	
47 (postoperative Wundinfektion)	=	36 (postoperative Wundinfektion)	
48 (CDC-Klassifikation)	=	37 (CDC-Klassifikation)	
49 (sonstige interventionspflichtige Komplikation)	=	38 (sonstige interventionspflichtige Komplikation)	
Entlassung			
50 (Entlassungsdatum Krankenhaus)	=	39 (Entlassungsdatum Krankenhaus)	
51 (Entlassungsgrund nach § 301)	Schlüsseländerung: 2stellige Schlüsselzahlen, statt "1 = ..." jetzt "01 = ..."	40 (Entlassungsgrund nach § 301)	geringfügige redaktionelle Änderungen
52 (Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM)	=	41 (Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM)	geringfügige redaktionelle Änderungen