

Auslösekriterien		keine Änderungen in den Auslösekriterien	
QS-Datensatz 2016		QS-Datensatz 2017	
Feld-Nr. und Fragestellung	im Vergleich zu 2016	Änderung/Ergänzung	Relevante Änderung im Ausfüllhinweis zum Datensatzfeld
<b>BASIS</b>			
<i>Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden</i>			
<b>Basisdokumentation</b>			
1 (Institutionskennzeichen)	=	1 (Institutionskennzeichen)	
2 (entlassender Standort)	=	2 (entlassender Standort)	.. Dabei muss es sich um die Standortnummer handeln, die auch für die Identifikation bei der Annahmestelle sowie spätestens ab dem Berichtsjahr 2015 bei den mit für die Qualitätsberichte der Durchführung der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen-Krankenhäuser verwendet wird.
3 (Betriebsstätten-Nummer)	=	3 (Betriebsstätten-Nummer)	geringfügige redaktionelle Änderungen
4 (Fachabteilung nach § 301)	Schlüssel geringfügig redaktionell geändert	4 (Fachabteilung nach § 301)	
5 (Pat.-ID)	=	5 (Pat.-ID)	
6 (Geburtsdatum)	<b>Schlüsseländerung:</b> 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt	6 (Geburtsdatum)	
7 (Geschlecht)	=	7 (Geschlecht)	
8 (Aufnahmedatum Krankenhaus)	=	8 (Aufnahmedatum Krankenhaus)	geringfügige redaktionelle Änderungen
<b>Präoperative Anamnese/Klinik</b>			
9 (Einstufung nach ASA-Klassifikation)	=	9 (Einstufung nach ASA-Klassifikation)	
10 (Wundkontaminationsklassifikation)	=	10 (Wundkontaminationsklassifikation)	
<b>Indikation zur Revision/Systemwechsel/Explantation</b>			
11 (Aggregatproblem)	Feldbezeichnung geändert	11 (Indikation zum Eingriff am Aggregat)	<b>ergänzt:</b> Revision wegen Aggregatsproblem oder vorzeitigem Aggregataustausch „Batterieerschöpfung“: Batterieerschöpfung als Indikation zum Folgeeingriff, bei dem nicht ausschließlich ein Aggregatwechsel vorgenommen wird (diese sind mit Modul 09/5 zu dokumentieren). <b>Falls mehrere der genannten Aggregatprobleme vorliegen, hier bitte das gravierendste Problem angeben.</b>
12 (Taschenproblem)	=	12 (Taschenproblem)	<b>ergänzt:</b> Revision erfolgt wegen Taschenproblem „Aggregatperforation“: Perforationen von Anteilen des Aggregats durch die Haut. Sofern eine Aggregatperforation vorliegt, ist diese zu dokumentieren, nicht Schlüssel „Infektion“: „Infektion“: z.B. Abszess in der Aggregat-Tasche mit den typischen Infektionszeichen tumor, dolor, calor, rubor, functio laesa oder Fieber in Verbindung mit positiven Blutkulturen, wenn eine andere Ursache ausgeschlossen werden konnte. Falls die Infektion im Zusammenhang mit einer Aggregatperforation auftritt, ist letztere zu dokumentieren. „sonstiges Taschenproblem“: jedes Problem der Aggregat-Tasche, das nicht in einer Infektion, einer Perforation von Anteilen des Aggregats durch die Haut oder einem Taschenhämatom besteht, wie z.B. eine schmerzhafte Aggregat-Tasche oder eine zu weit lateral, medial kranial oder kaudal gelegene Aggregat-Tasche (alle Arten extrakardialer Mitstimulation, z.B. Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken, sind als Sondenproblem zu dokumentieren). <b>Falls mehrere der genannten Taschenprobleme vorliegen, hier bitte das gravierendste Problem angeben.</b>
13 (Sondenproblem)	=	13 (Sondenproblem)	
14 (Schocks abgegeben)	=	14 (Schocks abgegeben)	
15 (ineffektive Schocks)	=	15 (ineffektive Schocks)	

<b>Operation</b>			
16 (OP-Datum)	=	16 (OP-Datum)	
17 (Ort der letzten ICD-(oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff)	=	17 (Ort der letzten ICD-(oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff)	
18 (Operation)	=	18 (Operation)	geringfügige redaktionelle Änderungen
19 (Dauer des Eingriffs)	=	19 (Dauer des Eingriffs)	
20 (intraoperativer Defibrillationstest durchgeführt)	entfällt		
21 (Sicherheitsabstand Test- (oder DFT-) zu aggregatspezifischer Maximalenergie >= 10 J)	entfällt		
<b>ICD</b>			
<b>ICD-System</b>			
22 (aktives System (nach dem Eingriff))	=	20 (aktives System (nach dem Eingriff))	
<b>ICD-Aggregat</b>			
23 (Art des Vorgehens)	=	21 (Art des Vorgehens)	
24 (Hersteller des aktiven Aggregats (nach dem Eingriff))	entfällt		
25 (Aggregatposition)	=	22 (Aggregatposition)	
26 (explantiertes System)	=	23 (explantiertes System)	
wenn Feld 23 IN (1,2,3,4,5,9)	=	wenn Feld 21 IN (1,2,3,4,5,9)	
27 (Aggregat: Jahr der Implantation)	=	24 (Aggregat: Jahr der Implantation)	
28 (Jahr der Implantation nicht bekannt)	=	25 (Jahr der Implantation nicht bekannt)	
29 (Hersteller des explantierten Aggregats)	entfällt		
<b>Sonden</b>			
<b>Vorhof</b>			
30 (Art des Vorgehens)	=	26 (Art des Vorgehens)	
wenn Feld 30 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 30 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
31 (Problem)	=	27 (Problem)	
wenn Feld 30 IN (1;2;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 30 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
32 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten bzw. explantierten Vorhofsonde)	Feldbezeichnung konkretisiert	28 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten Vorhofsonde)	
wenn Feld 30 IN (1;2;4;5;6;7;99)	entfällt		
33 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten Vorhofsonde)	entfällt		
34 (Reizschwelle)	=	29 (Reizschwelle)	
35 (Reizschwelle nicht gemessen)	=	30 (Reizschwelle nicht gemessen)	
36 (P-Wellen-Amplitude)	=	31 (P-Wellen-Amplitude)	
37 (P-Wellen-Amplitude nicht gemessen)	=	32 (P-Wellen-Amplitude nicht gemessen)	
<b>Ventrikel</b>			
<b>Erste Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde</b>			
38 (Art des Vorgehens)	=	33 (Art des Vorgehens)	
wenn Feld 38 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99)	=	wenn Feld 33 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99)	
39 (Problem)	=	34 (Problem)	
wenn Feld 38 IN (1;2;4;5;6;7;8;9;99)	=	wenn Feld 33 IN (1;2;4;5;6;7;8;9;99)	
40 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten bzw. explantierten ersten Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	Feldbezeichnung geändert	35 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten ersten Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	
wenn Feld 38 IN (0;1;2;4;5;6;7;8;9;99)	entfällt		
41 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten ersten Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	entfällt		
42 (Defibrillations-Elektroden)	entfällt		
43 (Position)	=	36 (Position)	
44 (Reizschwelle)	=	37 (Reizschwelle)	
45 (Reizschwelle nicht gemessen)	=	38 (Reizschwelle nicht gemessen)	
46 (R-Amplitude)	=	39 (R-Amplitude)	
47 (R-Amplitude nicht gemessen)	=	40 (R-Amplitude nicht gemessen)	
<b>Zweite Ventrikelsonde</b>			
48 (Art des Vorgehens)	=	41 (Art des Vorgehens)	
wenn Feld 48 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 41 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
49 (Problem)	=	42 (Problem)	
wenn Feld 48 IN (1;2;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 41 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
50 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten bzw. explantierten zweiten Ventrikelsonde)	Feldbezeichnung geändert	43 (Zeitabstand zur Implantation der revidierte, explantierten bzw. stillgelegten zweiten Ventrikelsonde)	
wenn Feld 48 IN (1;2;4;5;6;7;99)	entfällt		
51 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten zweiten Ventrikelsonde)	entfällt		
52 (Position)	=	44 (Position)	
53 (Reizschwelle)	=	45 (Reizschwelle)	
54 (Reizschwelle nicht gemessen)	=	46 (Reizschwelle nicht gemessen)	
55 (R-Amplitude)	=	47 (R-Amplitude)	
56 (R-Amplitude nicht gemessen)	=	48 (R-Amplitude nicht gemessen)	

<b>Dritte Ventrikelsonde</b>			
57 (Art des Vorgehens)	=	49 (Art des Vorgehens)	
wenn Feld 57 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
58 (Problem)	=	50 (Problem)	
wenn Feld 57 IN (1;2;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 49 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
59 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten bzw. explantierten dritten Ventrikelsonde)	Feldbezeichnung geändert	51 (Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten dritten Ventrikelsonde)	
wenn Feld 57 IN (1;2;4;5;6;7;99)	entfällt		
60 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten dritten Ventrikelsonde)	entfällt		
61 (Position)	=	52 (Position)	
62 (Reizschwelle)	=	53 (Reizschwelle)	
63 (Reizschwelle nicht gemessen)	=	54 (Reizschwelle nicht gemessen)	
64 (R-Amplitude)	=	55 (R-Amplitude)	
65 (R-Amplitude nicht gemessen)	=	56 (R-Amplitude nicht gemessen)	
<b>Andere Defibrillationssonde(n)</b>			
66 (Art des Vorgehens)	=	57 (Art des Vorgehens)	
wenn Feld 66 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 57 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)	
67 (Problem)	=	58 (Problem)	
wenn Feld 66 IN (1;2;4;5;6;7;99)	=	wenn Feld 57 IN (1;2;4;5;6;7;99)	
68 (Zeitabstand zur Implantation revidierter bzw. explantierter anderer Defibrillationssonden)	Feldbezeichnung geändert	59 (Zeitabstand zur Implantation revidierter, explantierten bzw. stillgelegten anderen Defibrillationssonde(n))	
wenn Feld 66 IN (1;2;4;5;6;7;99)	entfällt		
69 (Hersteller revidierter bzw. explantierter anderer Defibrillationssonden)	entfällt		
70 (Position)	entfällt		
<b>Weitere inaktive oder explantierte Sonden</b>	entfällt		
71 (weitere inaktive/stillgelegte Sonden)	entfällt		
72 (weitere explantierte Sonden)	entfällt		
<b>Perioperative Komplikationen</b>			
73 (perioperative Komplikation(en))	=	60 (perioperative Komplikation(en))	
74 (kardiopulmonale Reanimation)	=	61 (kardiopulmonale Reanimation)	
75 (interventionspflichtiger Pneumothorax)	=	62 (interventionspflichtiger Pneumothorax)	
76 (interventionspflichtiger Hämatothorax)	=	63 (interventionspflichtiger Hämatothorax)	
77 (interventionspflichtiger Perikarderguss)	=	64 (interventionspflichtiger Perikarderguss)	
78 (interventionspflichtiges Taschenhämatom)	=	65 (interventionspflichtiges Taschenhämatom)	
79 (revisionsbedürftige Sondendislokation)	=	66 (revisionsbedürftige Sondendislokation)	
<b>Ort der Sondendislokation</b>			
80 (Vorhof)	inhaltliche Präzisierung	67 (Sondendislokation der Vorhofsonde)	
81 (erste Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	inhaltliche Präzisierung	68 (Sondendislokation der ersten Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	
82 (zweite Ventrikelsonde)	inhaltliche Präzisierung	69 (Sondendislokation der zweiten Ventrikelsonde)	
83 (dritte Ventrikelsonde)	inhaltliche Präzisierung	70 (Sondendislokation der dritten Ventrikelsonde)	
84 (andere Defibrillationssonde)	inhaltliche Präzisierung	71 (Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n))	
85 (weitere inaktive/stillgelegte Sonde)	entfällt		
86 (revisionsbedürftige Sondendysfunktion)	=	72 (revisionsbedürftige Sondendysfunktion)	

<b>Ort der Sondendysfunktion</b>			
87 (Vorhof)	inhaltliche Präzisierung	73 (Sondendysfunktion der Vorhofsonde)	
88 (erste Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	inhaltliche Präzisierung	74 (Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/ Defibrillationssonde)	
89 (zweite Ventrikelsonde)	inhaltliche Präzisierung	75 (Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde)	
90 (dritte Ventrikelsonde)	inhaltliche Präzisierung	76 (Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde)	
91 (andere Defibrillationssonde)	inhaltliche Präzisierung	77 (Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n))	
92 (postoperative Wundinfektion)	=	78 (postoperative Wundinfektion)	<p><b>neu:</b> Allgemeine Prinzipien der CDC-Definitionen für nosokomiale Infektionen</p> <p>Als Reaktion auf das Vorhandensein von Mikroorganismen oder ihrer Toxine liegen lokale oder systemische Infektionszeichen vor.</p> <p>Es dürfen keine Hinweise existieren, dass die Infektion bereits bei der Aufnahme in das Krankenhaus vorhanden oder in der Inkubationsphase war.</p>
93 (CDC-Klassifikation)	entfällt		
94 (sonstige interventionspflichtige Komplikation)	=	79 (sonstige interventionspflichtige Komplikation)	
<b>Entlassung</b>			
95 (Entlassungsdatum Krankenhaus)	=	80 (Entlassungsdatum Krankenhaus)	geringfügige redaktionelle Änderungen
96 (Entlassungsgrund nach § 301)	=	81 (Entlassungsgrund nach § 301)	
97 (Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM)	=	82 (Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM)	geringfügige redaktionelle Änderungen